

# Ata de Registro de Preços nº 110/2015- SESAU

12 de novembro de 2015

## **Ata de Registro de Preços nº 110/2015- SESAU**

**Processo Administrativo nº 086/2015:** Comissão de Licitação da Secretaria Executiva de Promoção da Saúde: **Pregão Eletrônico nº 054/2015: Objeto Nat:** Compra: **Objeto Descr:** Registro de Preços para eventual fornecimento de aparelho para de pressão arterial (tensiômetro) para atender às necessidades das Unidades de Saúde do Município de Jaboatão dos Guararapes/PE: **Ata de Registro de Preços nº 110/2015- SESAU: Fornecedor:** SPJ Comercial Ltda – ME: CNPJ/MF sob nº 14.547.833/0001-81: **Valor total estimado: R\$ 34.709,92 (trinta e quatro mil, setecentos e nove reais e noventa e dois centavos)**

<b>LOTE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Unid</b>	<b>Quant</b>	<b>Preço</b>
<b>02</b>				<b>Unitário</b>

TENSIÔMETRO PEDIÁTRICO: O aparelho deve possuir alta precisão para medição pressão arterial, sem engrenagens para maior durabilidade do instrumento. O manômetro rotativo para possibilitar melhor visualização durante o exame, podendo posicionar o aparelho da melhor forma desejada pelo profissional da saúde. Permitir maior tempo de calibração, fornecendo leituras precisas ao longo do tempo, com eficiência da prática do exame. Para tanto deverá: Atender às normas de resistência a impactos, evitando quebras e não perder a calibração (requisitos recomendados pela AAMI / ANSI SP10). Mecanismo aneróide livre de mercúrio; Manômetro com marcação indelével de 0 a 300; Precisão de leitura de +- 3mm Hg; Resolução próxima a 02 mm Hg; Vazamento do ar até 04 mm HG; Leve e livre de látex (antialérgicos e que não colabem); Válvula de liberação de ar em gatilho, para maior garantia do controle na deflação; Regulável para destros e canhotos; Acabamento emborrachado; Único manguito para braço direito e esquerdo para posicionamento preciso; Braçadeira tamanho infantil com alcance aproximado de 15 cm a 25 cm, com fechamento em velcro; Aprovado pelo INMETRO Garantia do equipamento mínima de 02 anos; Garantia de 05 anos na calibração. Acompanhar Bolsa de nylon. Assistência técnica na Região Metropolitana do Recife. Compatível com os tensiômetros das marcas Welch, Missouri, BIC, Riester ou similar

01 Unid 112 309,91

**VIGÊNCIA:** A presente Ata de Registro de Preços terá validade improrrogável de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura: Jaboatão dos Guararapes, 02 de outubro de 2015: Gessyanne Vale Paulino

Secretaria Executiva de Promoção da Saúde: PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 210/2015