

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021

– SMS

19 de fevereiro de 2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2021 – SMS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 188.2020.PE.084.2020.SMS.CPL2. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, EVENTUAL E PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO (VIGIÁGUA), ITENS: 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10 E 11. REGISTRADA: LUIS ANDRE MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE – CNPJ: 30.861.240/0001-41. VALOR: R\$ 39.740,79 (trinta e nove mil e setecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos). VIGÊNCIA: 09/02/2021 a 09/02/2022.

Jaboatão dos Guararapes, 09/02/2021.

Zelma de Fatima Chaves Pessôa.

Secretária Municipal de Saúde.

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES	QNT	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	Solução padrão de calibração de formazina estabilizada com valor menor ou igual a 0,10 NTU, frasco com 100 ml, com validade mínima de 01 ano Código: SP – 0,10	Frasco 100 ml	06	R\$ 160,50	R\$ 963,00
02	Solução padrão de calibração de formazina estabilizada com valor igual a 10 NTU, frasco com 100 ml com validade mínima de 01 ano Código: SP – 10 IR	Frasco 100 ml	06	R\$ 158,00	R\$ 948,00
03	Cubeta padrão de turbidez de 100 NTU, compatível com turbidímetro modelo Q279P da marca Quimis*, com validade mínima de 01 ano Código: CT – 100	Cubeta	02	R\$ 205,00	R\$ 410,00
04	Cubeta padrão de turbidez de 800 NTU, compatível com turbidímetro modelo Q279P da marca Quimis*, com validade mínima de 01 ano Código: CT – 800	Cubeta	02	R\$ 205,00	R\$ 410,00

08	<p>Comparador colorimétrico visual de campo com prisma para medição de cloro residual livre, conforme normatização do Standard Methods for the water and wasterwater. Técnica de análise por comparação em disco colorimétrico, faixa de leitura de 0,0 a 5,0mg/L método de análise DPD. Com bolsa para transporte. Código: DLH – 2000</p>	KIT	40	R\$ 653,12	R\$ 26.124,80
09	<p>Reagente em pastilha individual de dissolução ultra rápida para análise de cloro residual livre à base de DPD (Diethyl Parafenileno Diamino), embalada individualmente em blíster de alumínio, para uso em colorímetro visual de disco portátil e colorímetro digital, suficiente para 100 análises cada kit, validade mínima de 2 anos. Código: 6903 AM LM</p>	Cx c/ 100 und	03	R\$ 933,33	R\$ 2.799,99
10	<p>Substrato cromogênico definido ONPG-MUG, com resultado confirmativo para a presença de coliformes totais em 24 horas pelo desenvolvimento de coloração amarela, e resultados positivos para E. coli confirmado em 24 horas pela observação de fluorescência, sem necessidade de adição de outros reagentes para confirmação. Embalagem individual com quantidade suficiente para 100 ml de amostra Código: WP200</p>	Cx c/ 200 und	05	R\$ 1.028,00	R\$ 5.140,00

11	<p>Medidor digital portátil de cor em água para uso em campo ou bancada, com escala APHA –Hazem/platina cobalto Pt/Co, em conformidade com o Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, com escala de leitura de 0 a 500 uZ, com resolução ≤ 1 uZ, e precisão $\leq 3\%$, para leitura de cor aparente e cor verdadeira e que atenda a Portaria PRC nº 5/2017, Anexo XX. Com maleta ou bolsa de transporte, opere com fonte bivolt e bateria ou pilha, de fácil operação e calibração, resistente a quedas e a água. Acompanhe Kit de Calibração, certificado de calibração, e manual de uso em português. Código: DLA – COR</p>	und	01	R\$ 2.945,00	R\$ 2.945,00
----	--	-----	----	-----------------	--------------

VALOR TOTAL R\$ 39.740,79 (trinta e nove mil, setecentos e quarenta reais e setenta e nove centavos).

OS PREÇOS REGISTRADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS, DURANTE A VIGÊNCIA DA ATA NO SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: WWW.DIARIOOFICIAL.JABOATAO.PE.GOV.BR , PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 15, § 2º, DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ART. 12, II, DO DECRETO MUNICIPAL N.º 182/2014.

Publicado no Diário Oficial n.º 033, de 19 de Fevereiro 2021.